

ХЕМИЈСКО-ПРЕХРАМБЕНА
ТЕХНОЛОШКА ШКОЛА
Дел. бр.: 195
6.3.2024. год.
Београд, Јешика 82

ЗВАНИЧНО ОБАВЕШТЕЊЕ О ДЕШАВАЊИМА У ПОГОНСКОЈ ЛАБОРАТОРИЈИ

Као што је свима познато Хемијско-прехрамбена технолошка школа је средња стручна школа у којој се, према плановима и програмима наставе и учења, велики део наставе реализује у микробиолошкој, погонској и бројним хемијским лабораторијама, где ученици стичу неопходна знања, вештине и умења дефинисана циљевима и исходима наставе и учења.

Током извођења експерименталне вежбе, у понедељак, 26.02.2024. године, у 11:30 часова, у погонској лабораторији дошло је до истицања течности (воде и дела живе, око 8ml) из U-манометра. U-манометар је својом величином прилагођен за рад у лабораторијским условима и у њему се налази око 15ml живе изнад које се у оба крака налази вода.

Ученици (једна група 3-7 и једна група 4-9) који су посматрали (били на вежбама) нису дошли у контакт са изливеном течношћу и одмах су послати кући. Просута жива је одмах у складу са процедуром покупљена и прописно одложена.

- Жива је скупљена у боце са затварачем.
- Након тога простор је посут прахом сумпора и помоћу добијене сумпорне пасте скупљени су евентуални остаци живе.
- Затим је посут цинк у праху
- Простор је опран детерцентом и водом
- Простор је све време проветраван

Цео поступак је завршен до 12:00 часова.

У складу са компетентношћу, стручношћу и знањем колеге и помоћних наставника спроведене су све неопходне мере и о свему сам обавештена. Разматрајући насталу ситуацију и предузете мере, процењено је да ниција безбедност није угрожена и да се настава може даље одвијати.

Информације нису прикриване нити су могле бити прикриване јер су у моменту дешавања у лабораторији били присутни наставници, помоћни наставници и ученици. Сматрала сам да узбуњивању и ширењу панике нема места, јер су у питању мале количине које су одмах уклоњене.

Иако су сви моји поступци били вођени намером да не дође до ширења панике, до исте је ипак дошло. Од уторка, 27.2.2024. године погонска лабораторија је затворена док се не изврши неопходно мерење.

Због узнемирености запослених консултована је и докторка са одељења токсикологије ВМА, која је колеги рекла цитирам: „И да сте прогутали, и да сте удахнули и да је дошла у контакт са очима не би било ништа“.

У петак, 1.3.2024. године аганжован је Институт за заштиту на раду и заштиту животне средине да изврши неопходна мерења у поменутој лабораторији. Извештај очекујем у току сутрашњег дана.



Директор школе
Наташа Парезановић

Наташа Парезановић